

仕 様 書

1 契約件名 赤外線サーモグラフィ 1 1 台一式購入（広島検疫所管内）

2 納入場所及び納入数量

- | | |
|------------------------|-----|
| ・ 広島検疫所 | 2 台 |
| 広島市南区宇品海岸三丁目 1 0 - 1 7 | |
| ・ 広島検疫所境出張所 | 2 台 |
| 境港市昭和町 9 - 1 | |
| ・ 広島検疫所徳山下松・岩国出張所 | 1 台 |
| 周南市徳山港町 6 - 3 5 | |
| ・ 広島検疫所坂出出張所（高知空港分含む） | 3 台 |
| 坂出市入船町 1 - 6 - 1 0 | |
| ・ 広島検疫所松山出張所（松山空港分） | 1 台 |
| 松山市海岸通 2 4 2 6 - 5 | |
| ・ 広島検疫所岡山空港出張所 | 1 台 |
| 岡山市北区日応寺 1 2 7 7 | |
| ・ 広島検疫所高松空港出張所 | 1 台 |
| 高松市香南町 1 3 1 2 - 7 | |

3 納入期限 令和 6 年 3 月 2 2 日（金）

4 仕 様

（1）赤外線サーモグラフィ

- ・ 移動（静態を含む。）中の人間の体表面温度（4 2℃程度まで）を非接触状態にて測定（検知）できること。
- ・ 言語表示は日本語であること。
- ・ 形態はハンディカメラ型とし小型液晶モニターとの一体型であること。
- ・ モニター画面は 3. 5 インチ～4 インチ程度であること。
- ・ 三脚に設置可能であること。
- ・ 電源は A C 電源及びバッテリーの両用であること。
- ・ 熱画像を外付のモニターに映せるよう、映像出力機能を有していること。
- ・ 船舶・航空機内への持込を想定し、質量は 1 k g 程度（バッテリー含む）であること。

- ・簡単にピント調整が可能なオートフォーカス機能を有していること。
- ・最小温度分解能力は0.04℃以下であること。（30℃の場合）
- ・温度精度は±2.0℃以下であること。
- ・表示画素数が320（H）×240（V）ドット程度あること。
- ・視野角は水平32°×垂直24°以上であること。
- ・アイソサーモ表示（カラー表示）が可能であること。
- ・可視像／赤外線画像がリアルタイムに透過ミキシング表示可能であること。
- ・設定温度に対する警告音機能付き（ON／OFF可能）であること。
- ・任意のエリアを指定しエリア内の最高温度を自動追尾できること。
- ・検出器は2次元非冷却センサを使用していること。
- ・使用環境温度が－15℃～＋50℃であること。
- ・専用キャリングケースは赤外線サーモグラフィを移動させる際、本体を十分に保護出来る専用ケースであること。
- ・付属品として、キャリングケース、バッテリーパック、バッテリーチャージャー、ACアダプター、SDカード、USBケーブル、取扱説明書及びその他標準付属品として整備するもの一式

5 注意事項

- （1）受注者は、物品を納入する際は、あらかじめ、発注者に納入予定日を通知の上、納入すること。
- （2）受注者は、物品を納入するときは、適宜、緩衝材を用いる等、物品に変質、又は破損が生じないようにすること。
- （3）発注者が操作説明を求めた際には、受注者はこれに応じること。
- （4）納入に当たっては、庁舎及び既設従属物を破損させないように注意すること。
- （5）疑義・協議等ある場合は、広島検疫所総務課あて問合せを行うこと。

〔仕様を満たす参考品番〕

チノー CPA-E76W